

OPŠTA BOLNICA BOR

Broj: 3926
11.05. 20 15 god.

BOP

Ponuđač - ORTOPEDIJA MC - je postavio pitanje



PRIDRUŽENJE ZA OPŠTINU UNUTRAŠNJI TROKUTAK I. S. L. SE D.O.O.

ORTOPEDIJA MC



11090 Beograd, Bože Saucala 2
Telefon: +381 11 2337 331
Fax: 011 2339 783 061 620 6226

e-mail: orto.mc@open.telekom.rs
www.ortopedija-mc.co.rs

Matični broj: 17132725
Šifra delatnosti: 3250
PIB: 101992718

Direktor: Mile Cvetković
Sedište preduzeća: Beograd
Registrovano: Agencija za
privredne registre

Broj registracije: 60.409970005

Prodavnica Novi Sad: 021 66 22 325
062 216 344
062 216 352

Prodavnica Čačak: 032 306 550
033 372 147

Prodavnica Beograd: 011 6356 612
Prodavnica Zrenjanin: 011 7671 310

OPŠTA BOLNICA BOR
DR DRAGIŠE MIŠOVIĆA 1
19210 BOR

U Beogradu, 08.05.2015.

PREDMET: PRIGOVOR

Poštovani,

Ovim putem bi smo želeli da Vam ukažemo na, nadamo se nenamernu, grešku u konkursnoj dokumentaciji za JN 12/15.

Naime, u partiji 33 stavili ste artikal TUBULCUS, što je zaštićeno ime proizvođača INOTERRA iz Francuske. Ukoliko ste mislili na Medicinske kompresivne čarape za vene, molimo Vas da tako navedete u dokumentaciji, jer postojeći naziv nije u duhu Zakona o javnim nabavkama. Takođe Vas molimo da nam razjasnite da li se jedinica mere odnosi na 1 pakovanje koje sadrži par čarapa ili komad kao pojedinačnu čarapu.

S poštovanjem,
Ivan Cvetković, dir.

205-33410-59
155-15006-97

(Koristite službenu banku u Beogradu,
Odbornika Banke)

Uplaćati iznos: 4.461,32 EUR
Uplaćati iznos: 4.461,32 EUR

Odgovor ponuđaču ORTOPEDIJA MC:

Poštovani izmienićemo konkursnu dokumentaciju Grupa dobara 1- Medicinski potrošni materijal Partija 33 i umesto artikla TUBULCUS navešćemo -Kompresivna čarapa, elastična, tubularno graduisana.

Jedinica mere se odnosi na pakovanje koje sadrži par čarapa.

Ponuđač Mercurus Medical Instruments doo je postavio 2 pitanja

MMI Mercurus
Medical Instruments

Opšta bolnica Bor

Dr Dragiše Mišović br. 1

19350 Knjaževac

Javna nabavka broj JN 12/15-Medicinski potrošni materijal

PREDMET: Zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije

Poštovani,

Molimo Vas da nam pojasnite sledeće vezano grupu 2 za hirurške konce:


- Da li su u partijama broj 1-PGA, 3-Polypropylene, 5-Polyamid i 7-Polydixanone dozvoljena minimalna odstupanja u dužini igle i dužini konca? Ukoliko jesu, molimo Vas da nam naznačite koliko ona tačno iznose.

Takođe Vas molimo da nam pojasnite vezano za grupu 4 za partiju 2-Hirurški endobag koja je zahtevana veličina i volumen za endobag?

Unapred hvala na odgovoru.

U Beogradu, 08.05.2015. god.

Potpis ovlašćenog lica:



Odgovor na pitanje 1:

Poštovani kao što smo naveli u tehničkoj specifikaciji: dužina konca može biti duža od navedene u tehničkoj specifikaciji ali ne može biti kraća.

Što se tiče dužine igle: Za igle dužine igle do 30 mm odstupanje može da iznosi do 1mm, a preko 30 mm odstupanja je do 2 mm.

Odgovor na pitanje 2:

Dimenzije endobaga: 10mm, 3" x 6" (7,62 cm x 15,24 cm)

Ponuđač Medenic je takođe postavio 2 pitanja:



MEDINIC

EXPORT IMPORT
REPRESENTATIVE AND TRADE COMPANY
11000 Beograd, Daničareva 57
Tel: +381 11 304 77 44
Fax: +381 11 283 70 09
E-mail: office@medenic-b.com
www.medic.co.rs

Opšta bolnica BOR
Dr Dragise Misovica 1
19 210 BOR
Sluzba Javnih nabavki

Date: 08.05.2015.

PREDMET:

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojasnjenjima konkursne dokumentacije JN br 12/2015

PITANJE 1

Uvidom u Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku 12/2015 definisana je partija broj 31 kao zajednicka partija za razlicite proizvođjace/ponudjace traka za merenje nivoa secera u krvi i lanceta.

Molimo vas da izvorsite izmenu konkursne dokumentacije tako da proizvodi navedeni u partiji 31 stavka 3 Trake za merenje glikemije za aparat Bayer Contour ,50/1 i partiji 31 stavka 4 Lancete za aparat Bayer Contour, 25/1 cine jednu zasebnu partiju.

S obzirom da su razliciti ponudjaci ovlaseni da nude trazene proizvode koji su predmet partije 31 ne postoji mogucnost da jedan ponudjac nudi celu partiju a potpunost partije 100% jeste uslov za ucestvovanje u javnoj nabavci.

PITANJE 2

U delu IV Konkursne dokumentacije za javnu nabavku 12/2015, pod tackom 1.2 definisali ste kao jedan od dodatnih uslova za ucesce u postupku javnih nabavki posedovanje ISO 9001, 14000 i 13485 Standarda.

Da li su ponudjaci koji istovremeno nisu proizvođjaci u obavezi da dostave ISO 13 485 Standard za proizvođjaca?



Medinic doo
Ljiljana Belcevic

Ljiljana Belcevic, direktor


Odgovor na pitanje 1:


Poštovani izvršićemo izmenu konkursne dokumentacije – tabelarni deo i izdvojićemo iz partije 31 u novu partiju- Partija 35 pomenuta dobra.

Odgovor na pitanje 2:


Ako ponuđač nije i proizvođač ne mora da dostavi ISO 13485.

Komisija u sastavu:

Spec mr ph Maljković Marija 

Ljubić Tatjana: 

Stanojević Vesna 



3934
11.05. 15

На основу члана 63. и члана 54 Закона о јавним набавкама (сл. Гл. РС. Бр124/2012 и 14/2015) и Решења директора о образовању комисије број: 2773/1 од 01.04.2015 год. Комисија је дана 11.05.2015. године донела следећу

О Д Л У К У о измени конкурсне документације за ЈН 12/15

Конкурсна документација јавне набавке - Набавка медицинског потрошног материјала, за потребе Опште болнице Бор, за период од 12 месеци, редни број ЈН 12/15, мења се и гласи:

У табеларном делу техничке спецификације Група добара 1 –Медицински потрошни материјал партија 33 мења се и гласи: Компресивна чарапа, еластична, тубуларно градуисана и јединица мере је паковање

Partija 33			
1	Компресивна чарапа, еластична, тубуларно градуисана, величине (S,M,L,XL,XXL)	пак	30

Додаје се партија 35.

Partija 35			
1	Траке за мерење гликемије за апарат Bayer Contour ,50/1	кутија	12
2	Ланцете за апарат Bayer Contour, 25/1	кутија	10
Укупно, за партију 35			

У табеларном делу техничке спецификације Група добара 2 –Хируршки потрошни материјал партија 2 мења се и гласи

Partija 2							
Redni broj partije	Naziv	Jed. mere	Količina za 12 meseca	Cena, bez PDV-a	Ukupan iznos, bez PDV-a	Proizvođač	% PDV-a
1	Hirurški endobeg - 10mm, 3" x 6" (7,62 cm x 15,24 cm)	kom	20				
UKUPNO							

Рок за подношење понуда и отварање понуда остаје непромењен 12.06.2015. године, пријем понуда до 10 часова, отварање у 11 часова у управи Опште болнице Бор.

Општа болница Бор
Комисија за ЈН 12/15

